



imegen

*Bringing
genomics
to health*



Instrucciones de uso

imegen[®] Factor II

Genotipado de la variante c.*97G>A (20210G>A)
del gen F2 (protrombina) mediante PCR a tiempo
real con sondas TaqMan

REF **IMG-214**

Fabricado por:

Instituto de Medicina Genómica SL
Agustín Escardino 9,
Parc Científic de la Universitat de València
46980 Paterna (Valencia, España)
+34 963 212 340 - info@imegen.es

imegen.es

Rev. 4 13/08/2019



Página 1 de 14



imegen

imegen le garantiza que todos sus productos están libres de defectos, tanto en los materiales empleados como en su proceso de fabricación.

Esta garantía se hace extensible hasta la fecha de caducidad, siempre que se observen las condiciones de conservación especificadas en este manual.

Nuestros productos están diseñados para uso en diagnóstico *in vitro*. Imegen no le ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita, que se extienda más allá del funcionamiento correcto de los componentes de este kit. La única obligación de Imegen, respecto de las garantías precedentes, será la de reemplazar los productos, o bien devolver el precio de la compra de los mismos, a voluntad del cliente, siempre y cuando se pruebe la existencia de un defecto en los materiales, o bien en la elaboración de sus productos. Imegen no será responsable de ningún daño, directo o indirecto, que resulte en pérdidas económicas o en daños que pudieran producirse por el uso de este producto por parte del comprador o usuario.

Todos los productos comercializados por Imegen son sometidos a un riguroso control de calidad. El kit imegen[®] Factor II ha superado todas las pruebas de validación internas, que garantizan la fiabilidad y reproducibilidad de cada lote fabricado.

Para cualquier consulta sobre las aplicaciones de este producto o sobre sus protocolos, puede contactar con nuestro Departamento Técnico:

Teléfono: 963 212 340

e-Mail: tech.support@imegen.es

imegen[®] es una marca registrada del Instituto de Medicina Genómica en España

Modificaciones de las Instrucciones de Uso [IFU]	
Versión 03	Corrección de los volúmenes del punto 2, del apartado 7.1.
Versión 04	Adición de medidas de seguridad en el apartado 4, y actualización de la información referente al control positivo del kit en los apartados 2, 3 y 5.



imegen

Índice

1. Información general	4
2. Uso previsto	5
3. Características técnicas	5
4. Advertencias y precauciones de seguridad	6
5. Contenido y condiciones de almacenamiento del kit	7
6. Equipos y materiales necesarios que no se suministran	8
7. Protocolo de ensayo	9
7.1 Preparación de las reacciones de amplificación	9
7.2 Configuración del programa de PCR a tiempo real	10
8. Análisis de los resultados	11
9. Troubleshooting	13
10. Limitaciones	14
10.1 Equipos	14
10.2 Reactivos	14
10.3 Estabilidad del producto	14



1. Información general

El gen F2 [protrombina o Factor de coagulación II], situado en la región cromosómica 11p11.2 codifica un factor de coagulación esencial para los procesos de coagulación [hemostasia]. En condiciones normales, la protrombina se sintetiza en el hígado y su forma inactiva es liberada al torrente sanguíneo hasta que se activa como trombina: convierte el fibrinógeno en fibrina para la formación de coágulos de sangre, estimula la agregación plaquetaria y activa los factores de coagulación V, VIII y XIII. Sin embargo, el alelo mutado c.20210G>A da lugar a la sobreexpresión del gen que conduce a una producción excesiva de protrombina y finalmente trombina relacionada con la coagulación de la sangre.

Referencias

- <https://www.omim.org/entry/176930>



imegen

2. Uso previsto

El kit imegen-Factor II emplea una combinación de oligonucleótidos y sondas de hidrólisis fluorescentes en un ensayo de PCR a tiempo real validado para detectar el alelo patogénico c.*97G>A [NM_000506.4] y el alelo normal en la región 3'UTR del gen F2 [protrombina]. Además, utiliza como control positivo ADN genómico heterocigoto para la mutación objeto de análisis del kit.

imegen-Factor II es sólo para uso diagnóstico in vitro y está dirigido a profesionales del sector de la biología molecular.

3. Características técnicas

Este kit ha sido validado utilizando muestras de ADN de referencia obtenidas a través de Coriell Institute for Medical Research, muestras analizadas previamente por el servicio de genética médica de imegen y ADN sintético con una única copia de las secuencias diana (normal o mutante) de la región objeto de análisis del gen FII, y detecta específicamente los genotipos esperados.

El material necesario para este estudio es ADN genómico procedente de sangre periférica. La cantidad total de ADN necesario es 50 ng.

Imegen está certificada frente a la norma UNE-EN ISO 13485 "Productos sanitarios. Sistema de gestión de la calidad. Requisitos para fines reglamentarios". Los kits de análisis genético para el diagnóstico in vitro se encuentran dentro del alcance de esta certificación.



imegen

4. Advertencias y precauciones

1. Se recomienda seguir estrictamente las instrucciones de este manual, especialmente en cuanto a las condiciones de manipulación y almacenamiento de los reactivos.
2. No pipetear con la boca.
3. No fumar, comer, beber ni aplicarse cosméticos en las zonas donde se manipulan kits y muestras.
4. Se debe proteger debidamente cualquier afección cutánea, así como cortes, abrasiones y otras lesiones de la piel.
5. No verter los restos de reactivos a la red de agua potable. Se recomienda utilizar los contenedores de residuos establecidos por la normativa legal y gestionar su tratamiento a través de un gestor de residuos autorizado.
6. En caso de un derrame accidental de alguno de los reactivos, evitar el contacto con la piel, los ojos y las membranas mucosas y limpiar con abundante agua.
7. Las hojas de datos de seguridad (MSDS) de todos los componentes peligrosos que contiene este kit están disponibles bajo petición.
8. Este producto requiere la manipulación de muestras y materiales de origen humano. Se recomienda considerar todos los materiales de procedencia humana como potencialmente infecciosos y manipularlos conforme a la norma de la OSHA sobre Bioseguridad de nivel 2 de los patógenos de transmisión sanguínea o se deben utilizar otras prácticas pertinentes de bioseguridad para los materiales que contienen o se sospecha que puedan contener agentes infecciosos.
9. Los reactivos incluidos en este kit no son tóxicos, explosivos, infecciosos, radiactivos, magnéticos, corrosivos ni causantes de contaminación ambiental biológica.
10. Este kit ha sido validado con unos equipos y en unas condiciones específicas que podrían variar sensiblemente en otros laboratorios. Se recomienda por tanto que cada laboratorio realice una validación interna cuando vaya a utilizar por primera vez el kit.
11. El fabricante no responde del mal funcionamiento del ensayo cuando los reactivos incluidos en el kit son sustituidos por otros reactivos no suministrados por imegen.
12. El fabricante no garantiza la reproducibilidad del ensayo cuando el usuario introduce reactivos no validados por imegen, por considerarlos equivalentes a los suministrados en el kit.



imegen

5. Contenido y condiciones de almacenamiento del kit

Este kit contiene reactivos suficientes para la realización de 48 determinaciones. La relación de reactivos incluidos en el kit es la siguiente:

- Factor II Master Mix: Contiene oligonucleótidos, sondas de hidrólisis fluorescentes [FAM y VIC] y agua para la amplificación y detección de los alelos normal y/o mutante objeto de análisis.
- General Master Mix: Master Mix de PCR con los nucleótidos, $MgCl_2$, enzima y buffer necesarios para llevar a cabo la PCR a tiempo real.
- Positive Control: ADN genómico heterocigoto para la mutación objeto de análisis, permitiendo por tanto, la amplificación simultánea del alelo normal y el alelo mutante objeto de análisis.

Reactivos	Color	Cantidad	Conservación
Factor II Master Mix	Disco azul	2 x 180 μ l	-20°C
General Master Mix	Disco blanco	600 μ l	4°C
Positive Control	Tapa marrón	100 μ l	-20°C

Tabla 1. Componentes del kit imegen-Factor II



imegen

6. Equipos y materiales no suministrados

Equipos:

- Termociclador de PCR a tiempo real (canales FAM y VIC)
- Micropipetas de 10 μ L, 20 μ L, 200 μ L
- Vortex
- Centrífuga

Materiales:

- Puntas de pipetas con filtro (10 μ L, 20 μ L, 200 μ L)
- Tubos estériles de 1.5 mL
- Material fungible óptico compatible con el termociclador de PCR a tiempo real
- Guantes de látex

6.1 Kits complementarios

Para el análisis de genotipado de dianas relacionadas con enfermedades hematológicas, y en concreto, con alteraciones en el proceso de coagulación, imegen también ofrece los kits imegen-Cambridge II [ref. IMG-199], imegen-MTHFR [ref. IMG-212], imegen-Factor V [ref. IMG-217], imegen-Factor XII [ref. IMG-215], imegen-MTHFR2 [ref. IMG-216] e imegen-HFE [ref. IMG-218]. Todos ellos junto con el kit imegen-Factor II, han sido validados utilizando el mismo programa de PCR a tiempo real, por lo que se pueden analizar conjuntamente.



7. Protocolo de ensayo

7.1 Preparación de las reacciones de amplificación

Para estimar la cantidad de reactivos necesaria, se debe tener en cuenta el número de muestras y controles a analizar simultáneamente. Recomendamos realizar los cálculos, considerando una reacción más, o bien, incrementando un 10% el volumen de cada reactivo.

Para llevar a cabo el análisis cualitativo, se recomienda preparar una reacción de amplificación por muestra e incluir un control negativo de PCR, para descartar contaminación de los reactivos y el control positivo.

IMPORTANTE: Si en el análisis de resultados se quiere utilizar la herramienta “auto-calling” para obtener el genotipado de una muestra automáticamente con el software de análisis, se debe incluir un control positivo y un control negativo en el ensayo.

A continuación, se muestra el protocolo recomendado para la preparación de las reacciones de amplificación:

1. Descongelar todos los reactivos del kit y el ADN de las muestras. Agitar cada uno de los reactivos en vortex y mantener en frío.
2. En un tubo de 1.5 mL preparar el mix de PCR añadiendo los siguientes reactivos por muestra:

Reactivos	Cantidad por reacción
Factor II Master Mix	7.5 μ L
General Master Mix	12.5 μ L

3. Agitar en vortex y dar spin al mix de PCR y dispensar 20 μ L en los correspondientes pocillos del material fungible óptico.
4. Añadir 5 μ L de las muestras diluidas a una concentración de 10 ng/ μ L y 5 μ L del control positivo, o de agua libre de nucleasas [control negativo] a los pocillos correspondientes.
5. Colocar los tubos o placas en el termociclador de PCR a tiempo real y configurar el programa de amplificación tal y como se indica en el siguiente apartado.



7.2 Configuración del programa de PCR a tiempo real

- Tipo de experimento: Genotyping
- Velocidad de rampa: Standard
- Volumen de reacción: 25 µL
- Referencia basal ROX™: incluida
- Fluoróforos de las sondas TaqMan®:

Sonda	Receptor	Genotipo	Quencher
FII-G-P	VIC®	Normal	MGB
FII-A-P	FAM™	Mutante	MGB

Tabla 2. Información de las sondas

- Programa óptimo:

Campos	Etapa 1 Lectura Pre-PCR	Etapa 2 Activación enzimática	Etapa 3 PCR		Etapa 4 Lectura Post-PCR
Nº de Ciclos	1 ciclo	1 ciclo	50 ciclos		1 ciclo
			Desnaturalización	Unión de oligonucleótidos/ Extensión	
Temperatura	60°C	95°C	95°C	60°C	60°C
Tiempo	1 minuto*	10 minutos	15 segundos	1 minuto*	1 minuto*

Tabla 3. Programa de PCR óptimo para el 7500 FAST o StepOne (Thermo Scientific)

*Detección de la fluorescencia

8. Análisis de resultados

Para un correcto análisis de los resultados se recomienda seguir las siguientes indicaciones:

- Comprobar que en el control negativo de PCR no hay amplificación, ni en el canal FAM ni en el canal VIC.
- Comprobar que en el control positivo hay señal de amplificación tanto en el canal FAM como en el canal VIC.
- Para analizar las muestras hay que emplear un software específico del termociclador de PCR a tiempo real utilizado.

A continuación se muestran los posibles resultados obtenidos con el kit imegen-Factor II.




Figura 1. Resultado obtenido a partir de una muestra homocigota normal [G/G]. Sólo se observa amplificación en el canal VIC.




Figura 2. Resultado obtenido a partir de una muestra heterocigota [G/A]. Se observa señal en ambos canales, FAM y VIC, siendo la intensidad de fluorescencia mayor en el canal FAM.




Figura 3. Resultado obtenido a partir de una muestra homocigota mutante [A/A]. Solo se observa amplificación en el canal FAM.




Figura 4. Gráfico de discriminación alélica con el sistema Factor II.



9. Troubleshooting

La tabla que aparece a continuación presenta gráficamente los resultados que podrían obtenerse del análisis de los diferentes controles y una muestra en un ensayo, así como su interpretación:

Control	Resultado		Causa
	FAM	VIC	
Control Positivo	+	+	Resultado esperado
	-	-	Fallo de amplificación en la PCR ¹
Muestra	+	+	Resultado esperado
	+	-	
	-	+	Fallo de amplificación de la muestra ²
Control Negativo de PCR	-	-	Resultado esperado
	+	+	Contaminación de la PCR con ADN humano ³
	+	-	
	-	+	

Tabla 4. Interpretación de los posibles resultados

¹ Fallo de amplificación en la PCR: Compruebe el programa de amplificación y la configuración de captura de la fluorescencia. Un fallo en la amplificación puede deberse a un problema técnico en la configuración del programa de PCR.

² Fallo de amplificación de la muestra: Compruebe que la cuantificación de la muestra es la recomendada, si fuese así el resultado especificado puede deberse a que la muestra se encuentre altamente degradada.

³ Contaminación de la PCR con ADN de humano: La contaminación de la PCR puede deberse a un manejo equivocado de la muestra, al uso de reactivos contaminados o a contaminación de origen ambiental. Limpie minuciosamente el laboratorio donde se ha preparado la PCR, así como los equipos y el material utilizados. Si es necesario, use alícuotas nuevas de los reactivos de PCR. Prepare en último lugar la reacción de PCR que contiene el control positivo, con el fin de evitar la contaminación cruzada. En este caso se recomienda repetir el ensayo.



imegen

10. Limitaciones

10.1 Equipos

imegen-Factor II ha sido validado usando los siguientes termocicladores de PCR:

- 7500 FAST Real-Time PCR System [ThermoFisher Scientific]
- StepOne Real-Time PCR System [ThermoFisher Scientific]
- StepOne Plus Real-Time PCR System [ThermoFisher Scientific]

Si usa otra marca o modelo de termocicladores, podría necesitar ajustar el programa de amplificación. Por favor, contacte con nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.

10.2 Reactivos

imegen-Factor II se ha validado empleando los reactivos incluidos en el kit y los recomendados en el apartado 6 de este manual [Equipos y materiales necesarios que no se suministran].

10.3 Estabilidad del producto

El funcionamiento óptimo de este producto está confirmado siempre que se apliquen las condiciones recomendadas de almacenamiento especificadas dentro de la fecha óptima del producto asociada a cada lote de producción.